



BOMBOLE · APPARECCHIATURE · SERVIZI

SINCERT



UNI EN ISO 9001:2000
UNI CEI EN ISO 13485:2002
N° 17402

ITALCERT

SACA Unit BIO S.r.l.	MOD 1 rev.1 gen 2007 Scheda Prodotto Kit
Pagina: 1/1	2007-08-01
PROPRIETARIO: Benedetto Di Blasi	Classificazione del documento PUBBLICO

SACA Unit BIO S.r.l. – Via Staffora, 14/a9 – 20090 Opera (MI) Italia Tel.+(39)02.57.60.02.01 – Fax +(39)02.57.61.10.64
www.bombolemedicali.it – e-mail: info@bombolemedicali.it
C.F. 03738480965 - Partita I.V.A. 03738480965 -

KIT PRONTO INTERVENTO BOMBOLA LT 0,467

- 1 Bombola litri 0,467 a norma T-ped 1999/36/CE verniciatura bianca RAL 9010 (D.M.T.14/10/99) attacco conico diam. 19,2 mm DIN 477 - 17E.

* Valvola volantino T-Ped 1999/36/CE attacco 17E EN - ISO 11116-1 uscita W 21,7 X 1/14" UNI 4406 tipo B.

* Cap tulip a norma ADR 2003 "Rif. Par. 4,1,6.4 protezione valvole per gas" EN962, assemblato.

* Disco inox "PER USO MEDICO"; a norma D.M.Trasporti 03/01/1990.

* Copia approvaz.bombola e valvola T-Ped Direttiva 99/36/CE 84/525/CE.

* Attestazione conformità serraggio valvola alla norma UNI EN ISO 13341/99.



- 1 Riduttore P300-FX6-UNS CE 0051 portata: 6 l/min taratura fissa Connessione valvola bombola UNI 4406 (IT) uscita: portagomma fisso.



- 1 Mascherina per adulti a media concentrazione uso insufflazione, tubo 210 cm, morbida CE approvato.



- 1 Sacca emergenza spallabile.

